



品名：无水乙酸钠
批号：20200624
级别：分析纯
检验依据：GB/T 694-2015
分子式： CH_3COONa
分子量：82.03
检验日期：2020-06-24

检验项目	指标	检验结果
含量(CH_3COONa)，%	≥ 99.0	99.6
pH值(50g/L; 25°C)	7.5~9.0	合格
澄清度试验，号	≤ 3	<3
水不溶物，%	≤ 0.005	<0.005
氯化物(Cl)，%	≤ 0.002	<0.002
硫酸盐(SO_4)，%	≤ 0.003	<0.003
磷酸盐(PO_4)，%	≤ 0.0005	<0.0005
镁(Mg)，%	≤ 0.0005	<0.0005
铝(Al)，%	≤ 0.001	<0.001
钙(Ca)，%	≤ 0.005	<0.005
铁(Fe)，%	≤ 0.0005	<0.0005
重金属(以Pb计)，%	≤ 0.001	<0.001
以下空白		

结论：本品按 GB/T 694-2015 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 张志斌

复核人： 周一朗

检验人： 杨祥