

分 析 报 告 单



品 名： 氨水  
批 号： 20200808  
级 别： 分析纯  
检验依据： GB/T 631-2007  
分 子 式： NH<sub>3</sub>  
分 子 量： 17.03  
检验日期： 2020-08-08

| 检验项目                        | 指标        | 检验结果     |
|-----------------------------|-----------|----------|
| 含量(NH <sub>3</sub> ) , %    | 25~28     | 27.6     |
| 蒸发残渣 , %                    | ≤ 0.002   | <0.002   |
| 氯化物(Cl) , %                 | ≤ 0.00005 | <0.00005 |
| 硫化物(S) , %                  | ≤ 0.00002 | <0.00002 |
| 硫酸盐(SO <sub>4</sub> ) , %   | ≤ 0.0002  | <0.0002  |
| 碳酸盐(以CO <sub>2</sub> 计) , % | ≤ 0.001   | <0.001   |
| 磷酸盐(PO <sub>4</sub> ) , %   | ≤ 0.0001  | <0.0001  |
| 钠(Na) , %                   | ≤ 0.0005  | <0.0005  |
| 镁(Mg) , %                   | ≤ 0.0001  | <0.0001  |
| 钾(K) , %                    | ≤ 0.0001  | <0.0001  |
| 钙(Ca) , %                   | ≤ 0.0001  | <0.0001  |
| 铁(Fe) , %                   | ≤ 0.00002 | <0.00002 |
| 铜(Cu) , %                   | ≤ 0.00001 | <0.00001 |
| 铅(Pb) , %                   | ≤ 0.00005 | <0.00005 |
| 还原高锰酸钾物质(以O计) , %           | ≤ 0.0008  | <0.0008  |
| 以下空白                        |           |          |

结论： 本品按 GB/T 631-2007 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注：

签发人： 张志斌

复核人： 周一朗

检验人： 徐佳璇