



品名：二水合氯化钡
批号：20211003
级别：分析纯
检验依据：GB/T 652-2003
分子式： $BaCl_2 \cdot 2H_2O$
分子量：244.26
检验日期：2021-10-03

检验项目	指标	检验结果
含量($BaCl_2 \cdot 2H_2O$)，%	≥ 99.5	99.7
pH值(50g/L溶液;25℃)	5.0~7.0	合格
澄清度试验，号	≤ 4	<4
水不溶物，%	≤ 0.01	<0.01
总氮量(N)，%	≤ 0.002	<0.002
钠(Na)，%	≤ 0.01	<0.01
钾(K)，%	≤ 0.005	<0.005
钙(Ca)，%	≤ 0.05	<0.05
锶(Sr)，%	≤ 0.05	<0.05
铁(Fe)，%	≤ 0.0001	<0.0001
重金属(以Pb计)，%	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论：本品按 GB/T 652-2003 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人：洪朝辉

复核人：周一朗

检验人：林璇