



品名: 二氯甲烷
批号: 20220617
级别: 分析纯
检验依据: GB/T 16983-2021
分子式: CH₂ Cl₂
分子量: 84.93
检验日期: 2022-06-17

检验项目	指标	检验结果
含量(CH ₂ Cl ₂), %	≥99.5	99.9
色度, 黑曾单位	≤10	<10
密度(20°C), g/mL	1.320~1.330	合格
蒸发残渣, %	≤0.002	<0.002
酸度(以H ⁺ 计), mmol/g	≤0.0003	<0.0003
游离氯(Cl), %	≤0.0001	<0.0001
铁(Fe), %	≤0.0001	<0.0001
水分(H ₂ O), %	≤0.03	<0.03
以下空白		

结论: 本品按GB/T 16983-2021检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 林庆斌